

Số: /BVTT-KD-CLS

Yên Bái, ngày tháng 3 năm 2025

V/v cung cấp báo giá để phục vụ  
công tác đấu thầu mua sắm vật tư y  
tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm  
năm 2025.

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2025 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ: Đường Đá Bia, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Triệu Kim Sơn

- Số điện thoại: 0967.901.323

- Địa chỉ: Khoa Dược - Cận lâm sàng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái, đường Đá Bia, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Email: [kdcls.bvtt@gmail.com](mailto:kdcls.bvtt@gmail.com)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh đến địa chỉ: Khoa Dược - Cận lâm sàng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái, đường Đá Bia, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Nhận qua email: [kdcls.bvtt@gmail.com](mailto:kdcls.bvtt@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày 19/3/2025 đến trước 10h ngày 31/3/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 31/3/2025.

## II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2025 có nhu cầu cung cấp báo giá: Chi tiết tại phụ lục kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái, đường Đá Bia, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3. Yêu cầu đơn vị gửi báo giá:

- Báo giá: Có đầy đủ thông tin; ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; có đóng dấu, chữ ký, ghi rõ họ tên người đại diện của nhà cung cấp; nêu rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá, ngày báo giá; giá đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí khác có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái rất mong nhận được sự quan tâm từ quý đơn vị và tham gia báo giá./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KD-CLS.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Vũ Hoài Anh**

**PHỤ LỤC**  
**DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM, SINH PHẨM MUA SẴM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA**  
**BỆNH NĂM 2025**

*(Kèm theo Công văn số /BVTT-KD-CLS ngày tháng 3 năm 2025 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái)*

STT	Danh mục hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Phần 1: Vật tư y tế</b>				
1	Bông y tế	9	Kg	- Chất liệu 100% sợi cotton từ bông xơ tự nhiên. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
2	Băng cuộn y tế	40	Cuộn	- Chất liệu: 100% cotton - Kích thước: 5cm x ≥5m - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
3	Băng dính lụa	60	Cuộn	- Chất liệu lụa Taffeta. - Keo oxide kẽm, không kích ứng. - Kích cỡ: 2,5cm x ≥ 5m - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
4	Băng cá nhân	5.000	Miếng	- Chất liệu vải co giãn có độ dính cao - Kích thước: ≥ 20mm x ≥ 60mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
5	Gạc phẫu thuật 8 lớp vô trùng	40	Miếng	- Chất liệu: 100% cotton - Gồm 8 lớp, kích thước ≥ 10cm x ≥ 10cm. Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
6	Bơm tiêm liền kim sử dụng một lần 5ml	9.200	Cái	- Bơm tiêm nhựa dung tích 5ml. - Kim bằng thép không gỉ, cỡ kim 23G - 25G. - Tiệt trùng: có đóng gói tiệt trùng từng cái. - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135 hoặc tương đương	

STT	Danh mục hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
7	Bơm tiêm liền kim sử dụng một lần 10ml	3.100	Cái	- Bơm tiêm nhựa dung tích 10ml. - Kim bằng thép không gỉ, cỡ kim 23G - 25G. - Tiệt trùng: có đóng gói tiệt trùng từng cái. - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135 hoặc tương đương	
8	Kim lấy thuốc	1.000	Cái	- Chất liệu bằng thép không gỉ. - Cỡ kim 18G - 22G - Tiệt trùng: có đóng gói tiệt trùng từng cái. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	
9	Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích	40	Cái	- Kim bằng thép không gỉ, có cánh, có cửa chích, có cổng bơm thuốc. - Cỡ kim $\geq 22G$ - Tiệt trùng: có đóng gói tiệt trùng từng cái. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
10	Găng khám bệnh	17.600	Đôi	- Chất liệu cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính. - Găng tay dùng trong y tế các cỡ S, M. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
11	Ống nghiệm lấy máu K2 EDTA	5.700	Ống	- Chất liệu Poly Propylen. Ống nghiệm chứa K2-EDTA. - Thể tích chứa $\geq 2ml$ . - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
12	Ống nghiệm lấy máu Heparin	4.200	Ống	- Chất liệu Poly Propylen. Ống nghiệm chứa Heparin. - Thể tích chứa $\geq 2ml$ . - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
13	Ống ly tâm	500	Cái	- Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, dung tích mẫu $\geq 1,5ml$ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
14	Cốc đựng mẫu	500	Cái	- Chất liệu nhựa PS, kích thước $\geq 16x38mm$ , dung tích mẫu $\geq 2,5ml$ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
15	Lọ đựng mẫu phân	1.000	Cái	- Lọ bằng nhựa PP trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong - Dung tích $\geq 60ml$ - Có thìa, có nắp đậy. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	

STT	Danh mục hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
16	Ống nghiệm đựng nước tiểu	600	Ống	- Chất liệu nhựa polystyrene, có nắp đậy. - Dung tích $\geq 10\text{ml}$ , kích thước $\geq 16 \times 100\text{mm}$ . - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
17	Ống Sonde dạ dày	5	Cái	- Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Các cỡ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
18	Dây hút dịch	10	Cái	- Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP. - Độ dài $\geq 500\text{mm}$ . Các số. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
19	Dây thở oxy gong kính người lớn	5	Cái	- Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, bao gồm dây dẫn và gong mũi. Dây dẫn có chiều dài $\geq 2\text{ m}$ - Cỡ người lớn. - Tiệt trùng: có đóng gói tiệt trùng từng cái. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
20	Dây thở oxy gong kính trẻ em	3	Cái	- Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, bao gồm dây dẫn và gong mũi. Dây dẫn có chiều dài $\geq 2\text{ m}$ - Cỡ trẻ em. - Tiệt trùng: có đóng gói tiệt trùng từng cái. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
21	Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu liền kim vô trùng	12	Sợi	- Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin số 3/0, chiều dài $\geq 75\text{cm}$ . - Kim tròn dài $\geq 26\text{mm}$ - Tiệt trùng: có đóng gói tiệt trùng từng cái. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
22	Đè lưỡi gỗ	100	Cái	- Chất liệu gỗ tự nhiên. Tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
23	Miếng dán điện cực tim	12.000	Miếng	- Dạng Foam bền, hình tròn, dính chặt ổn định. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	

STT	Danh mục hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
24	Mặt nạ thở oxy	5	Cái	- Mặt nạ làm từ nhựa PVC nguyên sinh; - Dây dẫn làm từ nhựa PVC nguyên sinh, chiều dài $\geq 2\text{m}$ , thanh nhôm mềm dẻo - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
25	Gel siêu âm	25	lít	- Thành phần chính: Nước, Carbomer, glycerin.... - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương	
26	Lam kính	200	Cái	- Chất liệu kính Soda vôi, kích thước $25.4 \times \geq 76.2\text{mm}$ , độ dày $\geq 1.0-1.2\text{mm}$ . - Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE	
27	Lamen	200	Cái	- Chất liệu bằng thủy tinh, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. - Tiêu bản hình vuông kích thước: $\geq 22 \times 22\text{mm}$ . - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương	
<b>Cộng: 27 khoản</b>					
<b>II. Phần II: Hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm</b>					
<b>1. Hóa chất sinh hóa (Yêu cầu cung cấp, cài đặt và sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động BIOLIS 30i)</b>					
1	Hóa chất dùng xét nghiệm ALT/GPT	1.800	ml	- Gồm các thuốc thử để xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT) - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
2	Hóa chất dùng xét nghiệm AST/GOT	1.800	ml	- Gồm các thuốc thử để xét nghiệm định lượng Aspartate aminotransferase (AST) - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	

STT	Danh mục hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
3	Hóa chất dùng xét nghiệm Gamma/GGT	900	ml	- Gồm các thuốc thử để xét nghiệm định lượng Gamma GT - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
4	Hóa chất dùng xét nghiệm Cholesterol	720	ml	- Gồm các thuốc thử để xét nghiệm định lượng cholesterol. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
5	Hóa chất dùng xét nghiệm Creatinine	600	ml	- Gồm các thuốc thử để xét nghiệm định lượng Creatinin - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
6	Hóa chất dùng xét nghiệm Glucose	720	ml	- Gồm các thuốc thử để xét nghiệm định lượng Glucose. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
7	Hóa chất xét nghiệm Urea	300	ml	- Gồm các thuốc thử để xét nghiệm định lượng Ure. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
8	Hóa chất xét nghiệm Tryglycerides	600	ml	- Gồm các thuốc thử để xét nghiệm định lượng Triglycerid. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
9	Hóa chất xét nghiệm Protein	720	ml	- Gồm các thuốc thử để xét nghiệm định lượng Protein niệu. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
10	Hóa chất xét nghiệm Albumin	720	ml	- Gồm các thuốc thử để xét nghiệm định lượng Albumin. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
11	Hóa chất xét nghiệm Uric Acid	600	ml	- Gồm các thuốc thử để xét nghiệm định lượng Uric Acid. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	

STT	Danh mục hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
12	Hóa chất xét nghiệm HDL-Cholesterol	640	ml	- Gồm các thuốc thử để xét nghiệm định lượng HDL. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
13	Hóa chất xét nghiệm LDL-Cholesterol	640	ml	- Gồm các thuốc thử để xét nghiệm định lượng LDL. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
14	Huyết thanh chuẩn đa thông số	50	ml	- Thành phần: Huyết thanh với chất phụ gia và chiết xuất mô có nguồn gốc người và động vật. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
15	Huyết thanh kiểm tra mức bình thường	100	ml	- Thành phần: Huyết thanh với chất phụ gia và chiết xuất mô có nguồn gốc người và động vật. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
16	Huyết thanh kiểm tra mức bất thường	100	ml	- Thành phần: Huyết thanh với chất phụ gia và chiết xuất mô có nguồn gốc người và động vật. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
17	Hóa chất xét nghiệm Creatine Kinase (CK-MB)	125	ml	- Gồm các thuốc thử để xét nghiệm định lượng CKMB - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
18	Huyết thanh kiểm tra mức bình thường CK-MB	6	ml	- Hiệu chuẩn CKMB được sử dụng để thiết lập điểm tham chiếu trong định lượng CKMB. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
19	Huyết thanh chuẩn đa thông số CK-MB	2	ml	- Thành phần: Huyết thanh với các chất phụ gia hóa học và chiết xuất mô có nguồn gốc từ người và động vật. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	



STT	Danh mục hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
20	Hóa chất xét nghiệm Lactate Dehydrogenase	140	ml	- Gồm các thuốc thử để xét nghiệm định lượng LDH - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
21	Hóa chất xét nghiệm Alkaline phosphatase	140	ml	- Gồm các thuốc thử để xét nghiệm định lượng ALP. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương	
22	Dung dịch base rửa máy	2.000	ml	- Thành phần: Sodium Hydroxide, Surfactant - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
23	Dung dịch acid rửa máy	1.500	ml	- Thành phần: Citric Acid - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa BIOLIS 30i. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
<b>2. Hóa chất xét nghiệm huyết học (Yêu cầu cung cấp, cài đặt và sử dụng được cho máy xét nghiệm huyết học Mythic 18)</b>					
24	Dung dịch đẳng trương	90.000	ml	- Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm huyết học Mythic 18. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	
25	Dung dịch ly giải hồng cầu	3.500	ml	- Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm huyết học Mythic 18. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	
26	Dung dịch rửa hệ thống, ngăn sự hình thành của cặn protein	6.000	ml	- Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm huyết học Mythic 18. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	
27	Dung dịch enzym rửa	250	ml	- Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học. - Sử dụng tương thích với máy xét nghiệm huyết học Mythic 18. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	
28	Hóa chất kiểm chuẩn	30	ml	- Hóa chất kiểm chuẩn 3 mức cho máy xét nghiệm huyết học. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	

STT	Danh mục hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính	Mô tả yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
29	Chất chuẩn xét nghiệm huyết học	5	ml	- Chất chuẩn được dùng cho máy xét nghiệm huyết học. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	
	<b>3. Sinh phẩm</b>				
30	Test nước tiểu 10 thông số	1.500	Test	- Que thử nước tiểu 10 thông số. - Sử dụng tương thích với máy phân tích nước tiểu Misson U120. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	
31	Test thử nhanh vi rút viêm gan B	90	Test	- Độ nhạy: $\geq 98\%$ - Độ đặc hiệu: $\geq 97\%$ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	
32	Test thử nhanh vi rút viêm gan C - HCV	80	Test	- Độ nhạy: $\geq 99\%$ - Độ đặc hiệu: $\geq 98\%$ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	
33	Test xét nghiệm đường huyết nhanh	100	Test	- Que thử đường huyết dùng để đo nồng độ đường huyết trong máu tươi toàn phần - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	
	<b>Cộng: 33 khoản</b>				
	<b>Tổng cộng: 60 khoản</b>				